



LABORATORIO ANALISI DR. M. RICCIARELLI
Via Tiberina 3 Bis Sud, 220 - 52037 Sansepolcro (AR) Tel/Fax 0575.733580
Via Piero Francesca, 13 Città di Castello (PG) Tel- Fax 075/8522206
P.I. 01698030515 - C.F. RCCMHL75M60C745I
info@labricciarelli.it - www.labricciarelli.it

Il Laboratorio Analisi Dr. M. Ricciarelli ha eseguito delle prove sperimentali sulla macchina igienizzante e deodorizzante *i – Genius* della Ditta RENZACCI S.p.A., al fine di valutare l'efficacia del trattamento con flusso di ozono nei confronti di batteri patogeni e non, Gram + (sporigeni e non) e Gram - (opportunisti patogeni) e di Acari, i cui risultati sono di seguito riportati:

Microrganismi:	inattivazione
Lieviti	100 %
Muffe	99,9 %
Escherichia coli Coliformi totali	90 %
Staphylococcus aureus	99,9 %
Bacillus subtilis	99,99 %
Sottoclasse Aracnidi: Acari	100 %

NOTA:

I valori delle percentuali di inattivazione riportati sono in relazione alla concentrazione di ozono determinata all'interno della macchina e al tempo di esposizione del carico di 20 minuti.

Sansepolcro, 19 Novembre 2014

Il Responsabile del Laboratorio Analisi
(Dott. M. Ricciarelli)

Laboratorio Analisi Dr. M. Ricciarelli
Via Tiberina 3-bis, 220
52037 SANSEPOLCRO (AR)
Tel. e Fax 0575.733580
Cod. Fisc. RCCMHL75M60C745I
Part. IVA 01698030515
N. ORDINE 051582
e-mail: lab.ricciarelli@bcc.tn.it